





ARR

Chirurgiczny Protokół Nawiercania

ARR – stosowane do wszystkich typów kości typu D1, D2, D3 i D4



Kolejność zastosowania wiertel ze stali nierdzewnej lub wiertła prostego powlekanego



* Długość wiertła jest mierzona od wierzchołka do znakowanej głębokości nawiertu

Ważne!

W przypadku wiertła Ø 1.4 wysokość końcówki wiertła nie jest wliczona w długość wiertła. W przypadku wiertła Ø 2.0 wysokość końcówki wiertła jest wliczona w długość wiertła.